

1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA

„Vodovod“ društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar
Laboratorij za verifikaciju mjerila
Inspeksijsko tijelo tip C

Kontakt informacije tijela	Kontakt osoba
Mile Budaka 106 88000, Mostar	Vesna Marinović Voditelj IT
Tel: 036 334 900	Tel: 036 334 900
Fax: 036 315 016	Fax: 036 315 016
Email: laboratorij.vodovod.mo@telemach.ba	Email: laboratorij.vodovod.mo@telemach.ba

2. STANDARD


BAS EN ISO/IEC 17020:2013

3. PODRUČJE AKREDITACIJE

R.B.	Područje i podpodručje	Opis
1.	IN 18 - Mjerni uređaji IN 18.1 - Mjerila protoka	

TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (klasifikacija prema dokumentu **OD 07-40**)

Područje rada:		IN 18 - Mjerni uređaji		
Podpodručje rada:		IN 18.1 - Mjerila protoka		
Opis:				
Broj	Predmet inspekcije	Obim inspekcije	Faza inspekcije	Dokumenti
M001	Vodomjeri za hladnu vodu	Nominalnog protoka do 80 m ³ /h i nominalnog promjera do DN 80 mm	- Prva - Naredna - Izvanredna	OIML R49-2:2013 tč. 10.1.3 UP 07.01.02B izd. 5 od 10.01.2022



Direktor

mr.sc. Dražan Primorac