



Na temelju članka 9. Zakona o akreditiranju Bosne i Hercegovine izdaje se
In accordance of article 9. of Law on Accreditation of Bosnia and Herzegovina it is issued

POTVRDA O AKREDITACIJI

ACCREDITATION CERTIFICATE

kojom se potvrđuje da
confirming that

JP "Vodovod" d.o.o. Mostar
Laboratorij za verifikaciju mjerila
Inspeksijsko tijelo tip C
Alekse Šantića 106
88 000 Mostar

Ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 u pogledu osposobljenosti
za izvođenje inspekcije.

*Complies with requirements of BAS EN ISO/IEC 17020:2013 for competence
to carry out of inspection.*

Detalji o području akreditacije, kao i ostali podaci značajni za akreditaciju,
dati su u dodatku, koji čini njen sastavni dio.

*Details of accreditation scope, as well as other data relevant for the accreditation,
are specified in the Annex, that is its integral part.*

Broj akreditacije
Accreditation number


IN – 133 – 01

(Prva akreditacija / *Initial accreditation: 11.04.2018.*)

Akreditacija važi do
Accreditation is valid until

10.04.2030.

Sarajevo, 24.02.2026.



Direktor / *Director*

dr.sc. Dražan Primorac

1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA

**JP „Vodovod“ d.o.o. Mostar
Laboratorij za verifikaciju mjerila
Inspekcijsko tijelo tip C
Alekse Šantića 106, 88000 Mostar**

2. STANDARD


BAS EN ISO/IEC 17020:2013

3. PODRUČJE AKREDITACIJE

R.B.	Područje i podpodručje	Opis
1.	IN 18 - Mjerni uređaji IN 18.1 - Mjerila protoka	

TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)

Područje rada:		IN 18 - Mjerni uređaji		
Podpodručje rada:		IN 18.1 - Mjerila protoka		
Opis:				
Broj	Predmet inspekcije	Obim inspekcije	Faza inspekcije	Dokumenti
M001	Vodomjeri za hladnu vodu	Nominalnog protoka do 80 m ³ /h i nominalnog promjera do DN 80 mm	- Prva - Naredna - Izvanredna	OIML R49-2:2024 tč. 10.1 UP 07.01.02B izd. 7 od 12.1.2026



Direktor

dr.sc. Dražan Primorac